



MICRORADAR-SERVICE LTD

BELARUS, 220140, MINSK, PRITYTSKOGO ST., 62/4, 403

SWIFT PJCBY2X

UNP

100220190

ACCOUNT

NUMBER

BY12PJC3012074104000000978

PRIOR BANK, MINSK, VERY KHORUZHEY ST., 31A . TEL. +375(17) 363-11-43, +375 29 230 834 (WHATSAPP, TELEGRAM)

MICRORADAR.COM E-MAIL: MINING@MICRORADAR.COM

CUESTIONARIO

Para ordenar el analizador de humedad para el transportador

EMPRESA _____

Persona de contacto _____

Teléfono, correo electrónico _____

Sitio web de la empresa _____

Dirección de la empresa _____

Una breve descripción del proceso para el que se compra el medidor de humedad.

1. Rango de medición de humedad %: _____

2. Precisión requerida de la medición de la humedad (en % de humedad.), _____ %:

3. Características del material medido:

3.1. Nombre del material _____

3.2. Composición granulométrica del material medido, tamaño máximo de piezas. _____

3.3. Temperatura, °C: Min. _____ Max. _____

3.4. La presencia de saltos de temperatura del material: _____ ,

3.5. Presencia de contaminantes (inclusiones): _____ ,

3.6. Abrasividad _____

3.7. Tendencia a pegarse _____

3.8. Método estándar de detección de humedad adoptado por la empresa _____

3.9. Agresividad: si durante el proceso tecnológico se añaden ácidos o álcalis al material. _____

3.10. Densidad _____

3.11. Tipo de agua en el material (libre – eliminada por secado a 20-30 g; unida – eliminada por secado a 100-130 g; hidrato cristalino; desconocido)

3.12. Conductividad (buen dieléctrico, mal conductor, conductor, desconocido) _____

Características del lugar de instalación:

4.1. Dimensiones de la cinta transportadora, mm: ancho _____ . Espesor del caucho (mm): _____

4.2. Presencia o ausencia de cordón metálico y otras inclusiones metálicas (reticulación, etc.) _____

4.3. El espesor de la capa de la cinta es mín. _____ mm, máx. _____ mm.

4.4. La velocidad de movimiento del medio medido _____ cm/seg

4.5. ¿El transportador se llena constantemente con el material medido durante su funcionamiento? Sí No

4.6. ¿Cuáles son las dimensiones del espacio libre para instalar sensores encima y debajo de la cinta? _____

5.5. Requisitos de la unidad electrónica del dispositivo:

5.1. Temperatura de funcionamiento, °C: Min. (no inferior a -5 °C) _____ Máx. (no superior a + 50 °C) _____

5.2. ¿Necesito una unidad de visualización remota?

5.3. La tensión de alimentación del instrumento es de 220 V. Infórmenos si necesita otra tensión de alimentación. _____

5.4. La distancia estándar desde la unidad electrónica hasta el Sensor es de 3,5 m. ¿Es necesario aumentar la longitud del cable? (no más de 25 m):

5.5. Estándar de salida de corriente requerido, mA (uno de): 0-20; 4-20; 0-5

Estimados clientes.

Disponibilidad de fotos de la ubicación prevista de la instalación del medidor de humedad acelerará significativamente el tiempo de desarrollo de los elementos de instalación.

Agradeceríamos que pudieras hacerlo.